ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-005
Version: 3	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	05-08-23	Remisión #	192751	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-16803	Fecha Inicio	05-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	08-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIAL REPORTADO OPERARIO DE SERVICIO

FALLA	TAPO	SE REPARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5l - 4hz)	FILTROS (5l - 4hz)	BASE (5l - 4hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4hz)	RUEDAS (5l-4hz)	OBSERVACIONES
	18009	6,4	93,7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No.	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No.	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Remache velcro	1		Kit manguera tanque oxigeno	1

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-4hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5l - 4hz)	FILTROS (5l - 4hz)	BASE (5l - 4hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4hz)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4hz)	RUEDAS (5l-4hz)	OBSERVACIONES
	18011	6,2	95,6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO