OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: GAD-MAN-FR-003 Versión: 3 · Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión	05-08-23	Remisión #	192251	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Código Equipo	NN-3192	Fecha Inicio	05-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	08-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo a 0°	FUGAS (Si-No)			CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BANDA	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	(h/h)	(6-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)										
	11715	6,3	95,7	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO		Tiempo de la prueba				X		

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Si		no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V		ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	X
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica		Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit manguera a tanque oxígeno	1		Tarjeta de flujo	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		Es
2	Flujo Máximo		X
3	Desconexión eléctrica		Si
4	Desconexión tarjeta de flujo		Si
5	Activación de válvula de alivio		Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0"				CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(h/h)	(6-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)										Aprobado
	11716	6,1	94,5	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO