ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	09-08-23	Remisión #	192468	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-H31B	Fecha Inicio	09-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	10-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTA	REPUESTO CAMBIADO			
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(88% - 93%)	(5l-4m)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - NO)	(Si - NO)	(Si-No)	
	15571	6.5	94.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			
	MANGERA Tubo REFRIGERACION	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
9	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(88% - 93%)	(5l-4m)	(Si-No)	(Si-No)	(LO-ES)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - No)	(Si - NO)	(Si - NO)	(Si-No)	Aprobado
	15572	6.3	88.3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO