

Fecha Recepción: **11-08-23** Remisión #: **192654** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benumia** No. Orden: _____

Código Equipo: **M2J55288196** Fecha Inicio: **11-08-23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: **11-08-27**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
MANTENIMIENTO GENERAL					
PLAGA	CONTAMINADO				
DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE					

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	CÓDIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Fuga a D	RUELAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS						RUELAS
					20-24	25-29	30-34					BASE	WALKA	WALKA				
	0120	9.0	95-3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mfo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Demora Alarma		No	X	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Carga Flujo/metro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1, L2-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de vehículo de aviso	Obstruir manguera de salida de aire de consumo	SI
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	CÓDIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Fuga a D	RUELAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS						RUELAS
					20-24	25-29	30-34					BASE	WALKA	WALKA				
	122	8.6	94.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado	
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>[Firma]</i>																		