ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 3	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	09-08-23	Remisión #	192468	Acatibar Mantenimiento	Juan Diego Bejarmea	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-99213	Fecha Inicio	09-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	11-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CAMBIO REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

ITEM	PART.	CLASE CABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	SOLICITO CAMBIO?	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9 - 7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (El mio)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El mio)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El mio)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El mio)	FILTROS (El mio)	BASE (El mio)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El mio)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (El mio)	RUEDAS (El mio)	OBSERVACIONES
	19451	6.5	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buenn	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	no					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1			
	MANGERA TANQUES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (9 - 7 PSI)	OXIGENO (94% - 99%)	FLUJOMETRO (El mio)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (El mio)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (El mio)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (El mio)	FILTROS (El mio)	BASE (El mio)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (El mio)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (El mio)	RUEDAS (El mio)	OBSERVACIONES
	19454	6	93,9	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO