



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAU/FF-028
Version: 2
Fecha Actualización: 17/03/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-08-23
Remisión #: 192708
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Bannerman
No. Orden: []

Código Equipo: NV-3162B
Fecha Inicio: 12-08-23
Hora Inicio Labor: []
Fecha Fin: 14-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FAJAS	TIPO	ESTADO	CAUSAS	CANTIDAD	ELIMINADO	
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS							BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS
					28-01	28-02	28-03	28-04											
	1535465	93.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto				
1. DECLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		No	X	SI	Cual?									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		NO								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO DE AIRE INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga # 3 (Tarro Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E2)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-L3-E2))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstacul manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORIMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS							BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS
					28-01	28-02	28-03	28-04											
	1535463	920	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO			

FIRMA MANTENIMIENTO