

Fecha Realización: **12-08-23** Remisión #: **192654** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden:

Código Equipo: **NN-665B** Fecha Inicio Labor: **12-08-23** Hora Inicio Labor: Fecha Fin: **14-08-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FECHA	TIPO DE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPARADO	CAMBIO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLAR ADICIONALES DATOS POR FACENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DIBUENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (E-NO)	Fuga (E-NO)	"Fuga a E" (E-NO)				SABE (E-NO)	MANEJA (E-NO)			
					(E-NO)	(E-NO)	(E-NO)				(E-NO)	(E-NO)			
	13601	6.4	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	into	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		No	X	SI				Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		NO				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Neumático)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma aluzal y sensor (LED Rojo o LED amarillo) y (L1-L2-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sensor	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DIBUENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (E-NO)	Fuga (E-NO)	"Fuga a E" (E-NO)				SABE (E-NO)	MANEJA (E-NO)		
					(E-NO)	(E-NO)	(E-NO)				(E-NO)	(E-NO)		
	13606	6.1	92.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
													FIRMA MANTENIMIENTO	