ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxPro

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-000
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	12-08-23	Remisión #	192708	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

Código Equipo	NN-4309B	Fecha Inicio	192708	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	15-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

			CANTIDAD		REPUESTO CAMBIADO			
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

Horómetro	Flujómetro	Tubería	Flujo (LPM)	Pruebas de alarma			Filtros	Filtros	Base	Código de barras		Ruedas	Observaciones
										Base (SI-NO)	Manija (SI-NO)	(SI-No)	
1530767	940	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. ... Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			ok
	Prueba de fugas	Se verifica ... del equipo	Si
	Cables en estado ...	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
		Se verifican ... del equipo	Si
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
	Prueba ...	Se verifica ...	ES
		Se verifica activación de alarma ... LED amarillo y (LLAVES)	Si
			Si
			Si
		Obstruir manguera de salida ...	Si
			Si

Horómetro	Flujómetro	Tubería	Flujo	Pruebas de alarma			Filtros	Filtros	Base	Código de barras		Ruedas	Observaciones
				Desconexión	Falla	Flujo a 0				Base (SI-NO)	Manija (SI-NO)	(SI-No)	Aprobado
15308	6595,1	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO