OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	12-12-0823	Remisión #	192708	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN 139B	Fecha Inicio	12-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	15-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMENTO		FECHA FIN AISLAMENTO	

				CANTIDAD	N. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			PUREZA			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

					PRUEBAS DE ALARMA				FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Flo	"Flujo ≥ 8"				BASE	MANIJA		
17186	6.6	95.3	Si		Si	Sc	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1.		Tiempo de la prueba				X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
			ok
	Prueba de fugas	Se verifica ausencia de fugas del equipo	Si
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Si
			Si
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
	Otro		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2			
	SUICHE DE ENSENDIDO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
		Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	Es
		Se verifica activación de alarma ... LED amarillo (LL-LO-ES)	Si
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
			Si
			Si
	Otro		

					PRUEBAS DE ALARMA						CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Flo	"Flujo ≥ 8"				BASE	MANIJA		
17188	6,3	95,8	Si		Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO