ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: OAO-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 11-0823 | Remisión #: 192708 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: NV-446213 | Fecha Inicio: 12-08-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 15-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

ACTIVIDAD REALIZADA OPERARIO DE SERVICIO

TALLA	CUERPO	CLASE TUBO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hz)	Pila (0 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	189467	94-7	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	SI	SI	SI	Mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genero Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si X | No

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento: No

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		Si
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1		TAMIZES	2
	MANGERAS TANQUE OXIGENO	1		MANGERA BURBUJA DESICCES	2
	MANGERIK TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Hz)	Pila (0 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	189566	95-7	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO