



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAA-FR-003
Versión: 3 Fecha Actualización: 13/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Revisión: E1 0823 Revisión #: 192468 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: NM-1223B Fecha Inicio: 11-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 15-08-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for pest control with 'SI' and 'No' entries.

Form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'Pureza baja a 89%' and 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists materials: MANGERA TANQUES, MANGERA TANQUE ORIGENO, PILA, ALARMA SONORA.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre Fajrnatv)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, CARGANDO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values and a signature 'Aprobado'.