

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				Formato GDM-MAN-FR-009 Versión 2 Fecha Actualización: 17/05/2019	
Fecha Remisión	16-08-23	Remisión #	192998	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea No. Orden 16-08-23		
Código Equipo	NN/1424B	Fecha Inicio	16-08-23	Hora Inicio Labor			
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPUESTO CAMBIADO
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN				

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA		REFILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCIÓN (E-NO)	PILA (B-NO)						
1452966	936	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto
1. CICLADO	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	
3. ESTADO DE MANGUERAS	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

Nº.	Prueba	Descripción	Resultado
1.	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2.	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3.	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4.	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5.	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6.	Otros:		
7.	Otros:		

8. ESTADO DE LAS CONEXIONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO INTERNO	1			
	PILA	1			
	MANEJA FLUJO	1			

Nº.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1.	Flujo - 0 (Cierre Injerto)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2.	Flujo Mzario	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	SI
3.	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4.	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5.	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6.	Otros:		
7.	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA		REFILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCIÓN (E-NO)	PILA (B-NO)						
1483364910	81	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

 Juan Diego Benjumea