OXIPTO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha servicio: 16-0823 | Remisión #: 192998 | Asistir Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-19543 | Fecha Inicio: 16-08-23 | Hora Inicio: | Fecha Fin: 17-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIO

FECHA	DANE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LOCALIZACIÓN	REPUESTO CAMBIADO			
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	

DETALLE DE LA INTERVENCIÓN PACIENTE

Equipo Encendido	Ohmnio	Sirena	Flujo Aire	Flujo Gas	PRUEBAS DE ALARMA			FILTRILLOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción (Todo)	Pila (Si-No)	Flujo de Gas (Lo - Es)	(Si - No)	(Si - No)	(Si-No)	BASE (Si - NO)	MANJA (Si - NO)	(Si -No)	
20795														Nada
	65	95.5	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. PICADO: Terminó la prueba: | Quedó Alarma: No X Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos | CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Si | Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Tecla PAUSE y		ok
	Prueba [illegible]	[illegible]	Si
	Chequeo general	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
	[illegible]	[illegible]	Si
	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es igual o [illegible]	Si
	[illegible]		
	[illegible]		

Explicación del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba (Si es Necesario)	Descripción	Resultado
	Pulso = 0 (Cero Impulsos)	Se verifica [illegible] de alarma (Lo - Es)	Es
	[illegible]	[illegible]	Si
	[illegible]	[illegible]	Si
	[illegible]	[illegible]	Si
	[illegible]	Chequeo [illegible] de conexión	Si
	[illegible]		
	[illegible]		

Equipo Encendido	Ohmnio	Sirena	Flujo Aire	Flujo Gas	PRUEBAS DE ALARMA			FILTRILLOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción (Todo)	Pila (Si-No)	Flujo de Gas (Lo - Es)	(Si - No)	(Si - No)	(Si-No)	BASE (Si - NO)	MANJA (Si - NO)	(Si -No)	
20799	6	95.7	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner