



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 16-08-23 Revisión #: 192998 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-4347B Fecha Inicio: 16-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 17-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FAVLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ES REPORTADO	REPUESTO CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

En El Bar conmutado	CONÓMETERO	PRESIÓN	CURSOS	ELIOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	PILA (SI-NO)	"Fuga e U" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	1197865	94.6	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No		X	SI		Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI	Con Sobrecalentamiento			no	

No.	Pruebas	Descripción	Resultado
1	Prueba Pila 5.5 V	Se verifica la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión de tuberías	Se verifican las conexiones de tuberías del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
Descripción del diagnóstico identificado:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO INTERNO	1			

No.	Pruebas	Descripción	Resultado
1	Prueba de alarma (agudo)	Se verifica activación de alarma (SI-NO) ES	ES
2	Prueba de fuga	Se verifica fugas de aire visual y con el equipo en modo de alarma (SI-NO) ES	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas	SI
4	Conexión de tuberías	Se verifican las conexiones de tuberías	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
Descripción del diagnóstico identificado:			

En El Bar conmutado	CONÓMETERO	PRESIÓN	CURSOS	ELIOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	PILA (SI-NO)	"Fuga e U" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
	1198464937	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO														