



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAS MANUTEN
Página: 2 de 2

Fecha Remisión: 18-08-23, Remisión #: 193190, Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea, No. Orden: []

Código Equipo: NN-2512, Fecha Inicio: 18-08-23, Hora Inicio Labor: [], Fecha Fin: 23-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [], NO [], FECHA INICIO AISLAMIENTO: [], FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for tracking equipment issues and repairs.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PRUEBAS DE ALARMA: Includes fields for Desconexion, Pila, Flujo a 0, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'Pureza baja a 73%' and 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexion electrica', 'Prueba de alarma' with results like 'OK', 'SI', 'SI'.

Descripcion del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists parts like 'Filtro interno Tamices' and 'Kit manguera a tanque oxigeno'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo a 0 (Cierre hidrometrico)', 'Flujo Manija', 'Desconexion electrica', 'Desconexion manual de flujo'.

PRUEBAS APPLICADAS PARA VERIFICACION DE LA ALARMA REALIZADA EN EL EQUIPO: Includes fields for Desconexion, Pila, Flujo a 0, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'Aprobado' and a signature.