



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Notificación: 24-08-23 Remisión: 193500 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Bejumez No. Orden: 24-08-23  
 Código Equipo: MM-18783 Fecha Inicio: 24-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 24-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

TALLER	DAÑO	ELIMINADO	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

ESTADO DE LOS DATOS POR EQUIPO

En Mantenimiento	HOROMETRO (hrs)	PRESION (PSI) (10-1700)	OXIGENO (100-1950)	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA		RELLINAS (SI-NA)	FILTROS (SI-NA)	BASE (SI-NA)	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción (SI-NA)	Flujo a 0" (SI-NA)						
144659575	65	962.9	51	51	51	51	51	51	51	51	51	Info

1. CICLADO

SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Indo
----	----	---	------------------------	--------	---	-----------------------------	-------	---	------

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

Bueno

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	SI

Descripción del diagnóstico Identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
PROTECTOR DISKRAY		1			
MANCERA TANQUE OXIGENO		1			
MANCERA TANQUE		2			

En Mantenimiento: 144659575

HOROMETRO (hrs)	PRESION (PSI) (10-1700)	OXIGENO (100-1950)	PRUEBAS DE ALARMA		RELLINAS (SI-NA)	FILTROS (SI-NA)	BASE (SI-NA)	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
			Descripción (SI-NA)	Pila (SI-NA)						
95.75	51	51	51	51	51	51	51	51	51	Aprobado

FRMA MANTENIMIENTO: [Signature]