



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-008 Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 3

Fecha Remisión: 23-08-23 Remisión #: 193441 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-4195B Fecha Inicio: 23-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 28-08-23

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPARES O CAMBIADO. Rows include 'Filtro central' (1) and 'Filtro lateral' (2).

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Main diagnostic form with sections: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), Pruebas de Alarma (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, and numbered checks (1-7).

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V (OK), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Rows include: Switch encendido (1), Pila (1).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (ES), Flujo Máximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión tarjeta de flujo (SI), Activación de válvula de aire (SI).

Final diagnostic form with columns: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), Pruebas de Alarma, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, and FIRMA MANTENIMIENTO (Aprobado).