



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA TO: GUGMAMER-028
Codigo Versión 3 Fecha Actualización 11/07/2019
Página 1 de 3

Fecha Remisión 24-08-23 Remisión # 193500 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden
Codigo Equipo W9883 Fecha Inicio 24-08-23 Hora Inicio Labor* 78-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

FALLA: BARRAS DE ALARMA

PRUEBAS DE ALARMA: FILTRO BATERIAS, FILTRO CENTRAL

PRUEBAS DE ALARMA	DESCONEXIÓN (SI-NO)		PILA (SI-NO)		"Flujo a 0"		REILAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS		RUEIDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
1. CICLADO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No
3. ESTADO DE MANGUERAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No
4. DAÑOS IDENTIFICADOS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No

PRUEBAS DE ALARMA	DESCONEXIÓN (SI-NO)		PILA (SI-NO)		"Flujo a 0"		REILAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS		RUEIDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No

PRUEBAS DE ALARMA	DESCONEXIÓN (SI-NO)		PILA (SI-NO)		"Flujo a 0"		REILAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS		RUEIDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
7. CONTROL DE TEMPERATURA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No

PRUEBAS DE ALARMA	DESCONEXIÓN (SI-NO)		PILA (SI-NO)		"Flujo a 0"		REILAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS		RUEIDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
8. OTROS:	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	No

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
1	FILTRO INTERNO	1	MAMECERHA	TANQUE EXTERNO	1
2	TANQUES	2			
3	MANGERA TANQUES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo/metro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de vehículo de aire	Oblatar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE ALARMA	DESCONEXIÓN (SI-NO)		PILA (SI-NO)		"Flujo a 0"		REILAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS		RUEIDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
9. OTROS:	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FRMA MANTENIMIENTO: [Signature]