



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAS-MANTEN-028
Versión 1
Fecha Actualización: 11/10/2019
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 29-08-23 Remisión #: 193889 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumen No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: M2JS 5288416 Fecha Inicio: 29-08-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 29-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	IC REPORTE
			MANTENIMIENTO GENERAL		
					SI
					NO
					SI
					NO
					SI
					NO
					SI
					NO
					SI
					NO

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO												OBSERVACIONES		
En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
					Desconexión (E-NO)	Pila (E-NO)	"Flujo a 0" (E-NO)				BASE (E-NO)	MANEJA (E-NO)		
	014890	95-3	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto
2 RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3 ESTADO DE MANGUERAS			Bueno	X	4 SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5 DAÑOS IDENTIFICADOS														
6 ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7 CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno	SI		Con Sobrecalentamiento		NO	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexiones de mangueras del equipo	SI
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

REPUESTOS USADOS					
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujo metro)	Se verifica activación de alarmas (LL-LO) ES	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión alarma de flujo	Desconexión alarma sonora	SI
5	Activación de consola de alarm	Se activan alarmas de consola de alarma de alarma	SI
6	Otros		
7	Otros		

AREA DE MANTENIMIENTO												OBSERVACIONES		
En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
	0154	05953	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO														