OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Versión 2 | Fecha Actualización 17/10/2019 | Página 1 de 2

Fecha Remisión	29-0823	Remisión #	193889	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Bajonero	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-392137	Fecha Inicio	29-08-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	29-08-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORMA REPORTADO O PERADO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-L0-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	%	4-7 PSI	90% 95%	(Si-No)										mto
149566	6.5	95.4	Si		Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. OXIDADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno X	Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	No

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica hermeticidad del equipo	Si
3	Conexión eléctrica		Si
4	Conexión Neumática		Si
5	Prueba de alarma		Si
	Otro		
	Otro		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PROCTCTOR DISPLAY	1			

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LA CORRECTA CALIBRACION

No	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - L0 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	Si
3	Desconexion electrica	Activacion alarma sonora	Si
4	Desconexion alarma de Flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
			Si

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	Desconexion	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	%	4-7 PSI	90% 95%	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-L0-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	Aprobado
149576	3	95.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO

Powered by CamScanner