OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAG-MAN-FR-009 |
| Versión 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019 |
| | Página 1 de 2 |

| Fecha Remisión | 29-08-23 | Remisión # | 193889 | Auxiliar Mantenimiento | Juan Diego Benjumea | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Codigo Equipo | NN-3844 | Fecha Inicio | 29-08-23 | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | 29-08-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CAMBIADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |
| | | | | | | Si | | No | |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

## DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si- No) | FILTROS (Si- No) | BASE (Si- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 434 | 6,4 | 95,7 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | mto |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | X | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si | | No | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | X | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena | Si | Con Sobrecalentamiento | no |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Prueba | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5. V | Verifica voltaje de la pila | ok |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Si |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Si |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Si |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

Descripcion del diagnóstico Identificado

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Filtro interno | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5) | ES |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5) | Si |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Si |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta linea eléctrica | Si |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Si |
| 6 | Otros: | | |
| 6 | Otros: | | |
| | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6- 7 PSI) | OXIGENO (90% - 95%) | FLUJOMETRO (Si-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No) | Pila (Si-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (Si- No) | FILTROS (Si- No) | BASE (Si- No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO) | MANIJA (SI - NO) | RUEDAS (Si-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 435 | 6-3 | 95-3 | Si | Si | Si | ES | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO