OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAC-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	4-12-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUDRIO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-1863	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		ND		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ACTIVIDADES REALIZADAS CONCENTRADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			ACOPLE ROSCA TUBO HUMIFICADO 7			SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	
						SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ACTIVIDADES REALIZADAS CONCENTRADOR DE SERVICIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(0 - 1 PSI)	(82% - 94%)	(5 l/m)	(SI / No)	(SI / No)	(LED)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / NO)	(SI / NO)	(SI / No)	
22033	6.6	95.5	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGA EN MANGERA A TUBO REFIJCIACION

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO AIRE INTERNO	1			
Kit	MANGERA TANQUES	1			
Kit	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida no sea de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Pila	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(0 - 1 PSI)	(82% - 94%)	(5 l/m)	(SI / No)	(SI / No)	(LED)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / NO)	(SI / NO)	(SI / No)	
22035	6.5	95.3	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO