OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 3

Fecha Remisión	4-12-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER MOÑDELO	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-4550B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-96%)	(Si-No)	Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	(Si-No)	
	13665	6.4	940	Si	Si.	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexion eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexion electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
Kit	MANGERA TAMICES	1		SWUIS DE ENSENDIDO	1
Kit	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire sin lastimar	
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otro..		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"								
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(90%-97%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(LL-LO-ES)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	(Si-No)		
	13666	64	934	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA MANTENIMIENTO	