



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-AMM-FR-206
 Versión: 3 Fecha Actualización: 17/12/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **5-12-23** Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: **JOLICA ASUYELO** No. Orden: _____
 Código Equipo: **NA-374** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO ABLANQUEO	FECHA FIN ABLANQUEO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OROGONO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Documentación			Pila	Flujo a P	BUZILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS					RUEDAS	
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						(SI/NO)	(SI/NO)					(SI/NO)
	10649	6.4	92.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No		SI		Cual?									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: SE REALIZA PRUEBA HEQUIPO NO PRESENTA FALLA 2 DIAS DE PRUEBA																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES										7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifico voltaje de la pila	SI
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
3	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
1	Otro:		
1	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre Subratro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo) o (LED amarillo) y (LL-LO-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea alébrica	SI
2	Activación de válvula de aire	Operar mangueo de salida en aire en funcionamiento	SI
1	Otro:		SI
4	Otro:		SI
1	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OROGONO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Documentación			Pila	Flujo a P	BUZILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS					RUEDAS	
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						(SI/NO)	(SI/NO)					(SI/NO)
	10650	6.4	92.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
FIRMA MANTENIMIENTO: _____																			