ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-028
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 5-12-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Jovica Azucio | No. Orden:

Código Equipo: NN-447313 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI ( ) NO ( ) | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

												SI		No	
												SI		No	
												SI		No	
												SI		No	
												SI		No	
												SI		No	
												SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (6870 - 6970)	FLUJOMETRO (50-60)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (LOW)	RODILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	MANGA (50 - 60)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
13155	6.6	951	51	*SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No ( ) Si ( ) | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si ( ) No ( ) | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas ( ) Malas ( ) | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno ( ) Malo ( )

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena ( ) | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	JUNTA HERETICA Pistos	2	Kit	MANGUERA VALVULA De ciclos 7F-SNI	1
Kit	MANGUERA TAMIZES	1	Kit	MANGUERA AJUSTE de AIRE	2
Kit	MANGUERA TAMIZE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
0	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de valvula de aire	Observar manguera de salida de aire se comprime	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (6870 - 6970)	FLUJOMETRO (50-60)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (LOW)	RODILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	MANGA (50 - 60)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
13160	6.4	945	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: