OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAM-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	6-12-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AGUDELO	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-260083	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO				
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	
								SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8- 7 PSI)	OXIGENO (88% - 94%)	FLUJOMETRO (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-SS)	REJILLAS (50 lpm)	FILTROS (50 lpm)	BASE (50 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 60)	RUEDAS (50 lpm)	OBSERVACIONES
	0103	66	93	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No.		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5, V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR DE PRESION	1			
	REMACHE POP	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clame flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de valvula on /off	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8- 7 PSI)	OXIGENO (88% - 94%)	FLUJOMETRO (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-SS)	REJILLAS (50 lpm)	FILTROS (50 lpm)	BASE (50 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 60)	RUEDAS (50 lpm)	OBSERVACIONES
	0106	66	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO