ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 3	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 3	

Fecha Remision	6-12-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Jonica Agudelo	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-27293	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ALTA	MEDIA	BAJA									
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		
							SI		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EO)	REJILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 60)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	22706-6	93.7	5 l	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		SI		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica sonación neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Clame flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EO)	SI
2	Fuja Maxima	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EO)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión/rejilla de fuja	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obsrur manguera de salida de aire se comprueba	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-EO)	REJILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (50 - 60)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	22703	65	93.6	5 l	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO