ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 3	

Fecha Remisión	6-12-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Javier Aguilo	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-2001B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO					

											Si		No	
											Si		No	
											Si		No	
											Si		No	
											Si		No	
											Si		No	
											Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb-1 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LS-ES)	RIELES (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	199876	95.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
0	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea oléctrica	SI
4	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (lb-1 PSI)	OXIGENO (95% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LS-ES)	RIELES (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	199064	95.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO