



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAN-PRO-08  
Versión 2  
Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 6-12-23 Revisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIER ADURCIO No. Orden:

Código Equipo: MN-41683 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA, FECHA INICIO APLICATIVO, and FECHA FIN APLICATIVO. Includes a grid for tracking contamination status (Si/No) across multiple rows.

Main diagnostic table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, DISEÑO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a F), SENSILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUIDOS, OBSERVACIONES. Includes rows for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANSURRAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for: 1. Estado Pila S.S. V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma, 6. Otros.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Entry: FILTRO AIRE INTERNO 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains test results for: Flujo = 0 (Cámara Flujo), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de tarjeta de alerta, 6. Otros, 8. Otros.

Summary table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, DISEÑO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, SENSILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUIDOS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten values and a signature line.

12832365420