



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAI-MFR-003  
Versión: 3  
Fecha Actualización: 11/10/2010  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 7-12-23 Remisión # Asalar Mantenimiento: JONICO AGUDELO No. Orden

Identificación del Equipo  
Codigo Equipo: NN-2959 B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, RESULTADO CAMBIADO. Includes a vertical label 'CUALQUIER TEMPERATURA / PERMANENTE DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTA

Main maintenance form with sections: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (DESCONEXION, FUGA, FLEJO o F), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes checkboxes for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists items like 'KIT TANQUES', 'KIT VALVULAS', 'KIT TANQUE OXIGENO', 'PILA POP', 'ALARMA SONORA de XUYOC'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre Regulador)', 'Flujo Normal', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión lejana de flujo', 'Activación de alarma de alarm'.

Summary form with columns: HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 22075 649518 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI.