



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAI-FB-029 Versión 2 Fecha actualización: 17/10/2018 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-11-23 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: JONIER ADUVELO No. Orden

Código Equipo: NN-2423 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'SISTEMA REFRIGERADO CONCENTRADOR DE BIRRIVADO' with columns for 'CANTIDAD' and 'REPAROS'.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 2609366, 946, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: 1. Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma. Results: SI.

Table with columns: Descripción del diagnóstico identificado, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, EQUIPO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests: Flujo + 0 (Cierre Supractor), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión lenta de flujo, Actuación de válvula de cierre. Results: SI.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 2609484, 952, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.