OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 12-11-23 | Remision #: | Auxiliar Mantenimiento: JONICA AYUVELO | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-27403 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

INFORMACION REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIBITA:

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (50% - 60%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Min)	Pila (50 Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Min)	FILTROS (50 Min)	BASE (50 Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	MANGA (50 - 100)	RUEDAS (50 Min)	OBSERVACIONES
7383	66	948	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No [ ] Si [ ] | Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [ ] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena [ ] Con Sobrecalentamiento [ ]

No	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 5 (Cierre hidrostatico)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida no sea se comprimen	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

No. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (50% - 60%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Min)	Pila (50 Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Min)	FILTROS (50 Min)	BASE (50 Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	MANGA (50 - 100)	RUEDAS (50 Min)	OBSERVACIONES
7384	63	952	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO: