

Fecha Remisión: **12-12-23** Remisión a: **Javier Andrade** Auxiliar Mantenimiento No. Orden: **920166948**

Código Equipo: **NN-2412 B** Fecha Inicio: **12-12-23** Hora Inicio Labor: **10:00** Fecha Fin: **12-12-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: **SI** **NO** FECHA INICIO AISLAMIENTO: **12-12-23** FECHA FIN AISLAMIENTO: **12-12-23**

FALTA	UNID.	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	REPARADO
REMPACHE - POP		7			SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
920166948	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	Generó alarma	No	Si	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Mulas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala
5. DATOS IDENTIFICADORES								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Subcalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT TAMIZES	1		JUNTA HERMETICA ANILLOS	2
	KIT TANQUE OXIGENO	1		TARJETA FLUJO	1
	PILA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cama Submarina)	Se verifica activación de alarmas (LL - LB - SS)	SI
2	Fuga Maxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL-LB-SS)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación del sistema de alerta	Quitar manguera de salida de aire en compactor	SI

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
920565940	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: **Javier Andrade**