



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA
Código: OJD-004-F0-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página: 1 de 3

Fecha Revisión: 12-13-23 Revisión #: Acubar Mantenimiento: JOJIER ABUDELO No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN1988B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, CL. REPARO, REPARO O CAMBIADO. Includes a vertical label 'SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVIDOR' on the left.

DETALLES ADICIONALES PARA PASAJE

Table with columns: En Mantenimiento, HODOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FLETRON, BARRA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for '258766680' and 'SI'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists 'KIT TAMIZES' with quantity '2'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo = 0 (Corte Submetro)', 'Flujo Normal', 'Descarga eléctrica', 'Descarga tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de flujo' with results 'SI'.

Table with columns: En Mantenimiento, HODOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FLETRON, BARRA, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for '258766683' and 'SI'.