

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMA 0	
				Codigo		S10-16AN-FR-009	
				Version 2		Fecha Actualización: 17/10/2019	
						Página 1 de 2	
Fecha Remate	12.12.23	Remate #		Auxiliar Mantenimiento	JONIERA ARDELO		No. Orden
Código Equipo	NN-2200B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
PALLE	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Q. ESPORTE	SI	NO
			Acople Parcial tubo a Humificador	1		SI	NO
			Filtro lateral por desperdite	1		SI	NO
			Filtros laterales por desperdite	2		SI	NO
DETALLES ADICIONALES DADOR POR PARTICE							
OBSERVACIONES							
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS		RUELAS
HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	DESCONEXION	PILA	"Flujo a B"	NEJILLAS
(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)
20081165936	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1. CICLADO	Tiempo de la prueba			General Alarma	SI	SI	SI
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Cambio de Equipo 7F-5						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	Con Subcolectamiento			
Descripción				Resultado			
No.	Prueba	Descripción			Resultado		
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila					
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte					
6	Otros						
7	Otros						
Descripción del diagnóstico identificado				1"			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT		
	Equipo - 7F-5	1					
Descripción				Resultado			
No.	Prueba / Simulación	Descripción			Resultado		
1	Flujo = 0 (Cama Submarina)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)					
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (L1 - L2 - E3)					
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea electrónica					
5	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de salida de aire de compresor					
6	Otros						
7	Otros						
8	Otros						
OBSERVACIONES							
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS		RUELAS
HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	DESCONEXION	PILA	"Flujo a B"	NEJILLAS
(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)
20091664940	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FIRMA MANTENIMIENTO							