OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SIG-MAN-FR-009
Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión	12-13-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Jonier Acudelo	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-3493 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORME REPORTADO CIERRE ORDEN DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UT. REPORTE		UT. CAMBIADO	
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
								No
						Si		No
						Si		No

DETALLE ADICIONAL Y CARGUE FOTOGRAFICO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	ORDEÑO (50% - 60%)	FLUJÓMETRO (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (3,5-5V)	RT. ULAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	BASE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (61 - 62)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (61 - 62)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
	10112	6.6	93.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGA EN MANGUERA A TUBO REFRIGERACIÓN							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno			Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5. V	Verifica [illegible]	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica ajuste si se ajusto o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activacion de sirenas (LL - LD - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED amarillo y LLAVE-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación [illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexion electrónica	SI
5	Activación de válvula de aires	Observar manguera de aire no este comprimida	S
6	Otros		
7	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	ORDEÑO (50% - 60%)	FLUJÓMETRO (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (3,5-5V)	RT. ULAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	BASE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (61 - 62)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (61 - 62)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
	10772	65	94	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO