



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MA-MFR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/03/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 12-14-23
Número #
Auxiliar Mantenimiento: JONIRA ADUSCIO
No. Orden

Código Equipo: NN-362183
Fecha Inicio
Hora Inicio Labor
Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO ABLANQUEO	FECHA FIN ABLANQUEO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	VALVULAS	FILTROS	BARRA	BARRA	BARRA			BARRA
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
23075	66	89	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No									
3. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas										
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		PUREZA 7.8.9 FUJA EN VALVULA DE SICIOS														
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena										

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Check:		
7	Check:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT TAMIZES	1		TAMIZES	2
	KIT TANQUE OXIGENO	1			
	FILTRO DE AIRE INTENCIO	1			

No.	Prueba / Situación	Descripcion	Resultado
1	Flejo = 0 (Cama Regulativa)	Se verifica activación de alarma SL - LD - 00	SI
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo (SL-LD-05))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de estado	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Check:		
7	Check:		
8	Check:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	VALVULAS	FILTROS	BARRA	BARRA	BARRA			BARRA
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
23076	66	95	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
														FIRMA MANTENIMIENTO		