OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Código	[illegible]
Fecha Actualización	17/10/2019
Página	1 de 2

Fecha Remisión	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
14.12.23		Jonier [illegible]	

Codigo Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
NN-679B		

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPUESTO		CAMBIADO	
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0"	ESTILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(88% - 96%)	(Si-No)				(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)				
	13510	6.3	95.1	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO — Tiempo de la prueba

2. RUIDO EXTRAÑO — Si / No

3. ESTADO DE MANGUERAS — Buenas / Malas

4. SISTEMA DE REFRIGERACION — Bueno / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V		
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica		
5	Prueba de alarma		
	Otros:		
	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit Manguera Tamizes	1		Tamizes	2
	Kit Manguera Tanque Oxígeno	1		Junta Hermetica Anillas	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica ...	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica ...	SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión tarjeta de flujo		SI
5	Activación de válvula de alivio		SI
	Otros:		
	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				CÓDIGO DE BARRAS: BASE	CÓDIGO DE BARRAS: MANUAL	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(88% - 96%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)							(Si-No)	
	13511	6.5	95.2	Si	Si	Si	E5	Si	Si	Si	Si	Si	Si	