OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MIN-FR-038
Versión 1	Fecha Construcción 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	14-12-23	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Javier Ayudelo	No. Orden	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-146B	Fecha Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			CAMBIADO
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
							No
						SI	No
						SI	No

ENTREGA DEPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA DE TERCERA CONDICIÓN POR PACIENTE

PRUEBAS DE CONCENTRADOR

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S-T PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (L-P-S)	BOLILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1-M2)	MANIJA (S1-M2)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	7774	63	83.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO — Tiempo de la prueba — Con cicladas — No — Si — Cual

2. RUIDO EXTRAÑO — Si — No — 3. ESTADO DE MANGUERAS — Buenas — Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN — Bueno — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA % 83.2

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES — Control de temperatura — Bueno — Con cuadros eléctricos

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	[illegible]	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión [illegible]	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones [illegible]	Si
4	Conexión electrónica	Se verifica [illegible]	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	Si
6	Otros		Si
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit de Manguera Valvula	1		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	Si
1	Flujo Máximo	Se verifica [illegible]	Si
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	Si
2	Activación de válvula de alivio	[illegible]	Si
1	Otros		
2	Otros		
	Otros		

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (S-T PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (S-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (S-No)	Pila (S-No)	"Flujo a 0" (L-P-S)	BOLILLAS (S-No)	FILTROS (S-No)	BASE (S-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1-M2)	MANIJA (S1-M2)	RUEDAS (S-No)	OBSERVACIONES
	7776	66	95.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	