

Fecha Ramón: 12-15-23 Ramón # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: **JONIA A. GONZALEZ** No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipos: **NN-3456B** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FILASA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBBLAS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			BUBDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				0000 (SI/NO)	0001 (SI/NO)	0002 (SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	1114666	951	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		SI	NO	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUJA EN MANGUERA A TUBO REFRIGERACION													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	Con Recalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit M TAMIZES	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo a 0 (Cerrar válvulas)	Se verifica activación de alarma (LL - LS - ES)	
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-LS-ES))	
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
4	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire en compresor	
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUBBLAS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			BUBDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0" (SI/NO)				0000 (SI/NO)	0001 (SI/NO)	0002 (SI/NO)		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	1114764951	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51		
FIRMA MANTENIMIENTO															