



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
OJD-MAN-FR-008  
Versión 1 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión 12-15-23 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JAVIER AROUJO No. Orden

Código Equipos NN-192413 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

Table with columns for EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, and FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination status over time.

Main maintenance checklist table with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'MANTENIMIENTO GENERAL'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Conexión electrónica', 'Prueba de alarma' with results marked as 'SI'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CAUSA, CODIGO, DESCRIPCION, CAUSA. Used for recording identified issues and their causes.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo + 0 (Cierre Regulador)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión línea de flujo', 'Activación de válvula de cierre' with results marked as 'SI'.

Summary table at the bottom with columns: HORIZONTE, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), SENSIBILIDAD, HUELOS, BARRAS, CODIGO DE BARRAS, RUIDOS, and FINA MANTENIMIENTO.