



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 0  
BADM/MS-200  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/12/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-12-23, Remisión #, Asistir Mantenimiento, No. Orden

Código Equipo: 202006000000248, Fecha Inicio, Hora Inicio Labor, Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for contamination status.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 2", BUELLAS, FILTROS, BARRAS), CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes sections for 1. CICLADO, 2. RUEDA EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 6. DAÑOS IDENTIFICADOS, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as Estado Pila 2.2 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like Flujo a 0 (Cierre Flujo), Flujo Maestro, Desconexión eléctrica, etc.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOWMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUELLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes a section for FIRMA MANTENIMIENTO.