



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
COC-MAV-FB-009
Versión: 1
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Realización: 12-18-23, Revisión: [blank], Auxiliar Mantenimiento: JONIER HERRERA, No. Orden: [blank]

Código Equipo: NN-2104B, Fecha Inicio: [blank], Hora Inicio Labor: [blank], Fecha Fin: [blank]

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLASA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for recording contamination status.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FLETRCOS, GAUGE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (80), flow (51), and alarm tests.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma' with results marked as 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado: [blank]

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists materials: Kit M-TAMIZES, Kit TANQUE OXIGENO, JUNTA HERMETICA ANILLOS, TAMIZES.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests for flow (Flujo = 0), flow meters, electrical connection, and alarm activation.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FLETRCOS, GAUGE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data and a signature line.