ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-16-23 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Jonica Arguello | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-4568B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI: NO: | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	Pila (6l-6lx)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (5l-6lx)	FILTROS (5l-6lx)	BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (6l - 6E)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 6E)	RUEDAS (5l-6lx)	OBSERVACIONES
	24554	65	83	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No: | Si: | Cuál?:

2. RUIDO EXTRAÑO: Si: | No: | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA % 83
FUGA en VALVULAS de SICLOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: | Con Sobrecalentamiento:

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2		JUNTA HERMETICA ANILLOS	2
	Kit TAMIZ	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión lenguas de flujo	Desconexión linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-6lx)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lx)	Pila (6l-6lx)	"Flujo a 0" (LO-EE)	REJILLAS (5l-6lx)	FILTROS (5l-6lx)	BASE (5l-6lx)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (6l - 6E)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 6E)	RUEDAS (5l-6lx)	OBSERVACIONES
	24556	65	95 3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: