



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAD-MAN-FR-004
 Versión: 2
 Fecha Actualización: 11/10/2016
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **20-11-23** Remisión # _____ Acortar Mantenimiento: **JONICE AZUPELO** No. Orden _____

Código Equipo: **2021070000080** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
ACOPLE A TABLERO HUMIFICADOR					

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OVRINDO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES					
					Desconexión			"Flujo a 0"			REJILLAS			FILTROS			CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
					(1-10)	(1-70)	(20-40)	(1-10)	(1-10)	(1-10)	(1-10)	(1-10)	(1-10)	(1-10)		(1-10)	(1-10)	(1-10)		
	0432	66	851	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Gener. Alarma		No		SI		Cual?									
3. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno		Mal		
5. DATOS IDENTIFICADOS		PUREZA 7. 87																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		1. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena		Con Sobrecalentamiento													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	JUNTA HERMETICO AVILIOS	2		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E5)	SI
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo) (L1, L3 - E2)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
4	Activación de válvula de arranque	Observar fugas de aceite de este compresor	SI
5	Otros		
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OVRINDO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES					
					Desconexión			"Flujo a 0"			REJILLAS			FILTROS			CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	
					(1-10)	(1-70)	(20-40)	(1-10)	(1-10)	(1-10)	(1-10)	(1-10)	(1-10)	(1-10)		(1-10)	(1-10)	(1-10)		
	0435	64	953	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FORMA MANTENIMIENTO			