



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAC-AMM-FR-028
Versión 2 Fecha Actualización: 17/02/2019
Página 1 de 3

Fecha Emisión: **12-19-23** Rastreo # _____ Auxiliar Mantenimiento: **Jovica Aguielo** No. Orden: _____
 Código Equipo: **SN0193973** Fecha Inicial: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE LAGRA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Descripción			ALARMA		FILTROS		BASE		CÓDIGO DE BARRAS		RUIDOS	
					SI	NO	OTRO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI		NO	SI
1068361	93.1	51	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No		Si		Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		MANTENIMIENTO GENERAL															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 8.5 V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	51
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico Identificado	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E1)	51
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E1)	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	51
5	Activación de válvula de aire	Observar manguera de salida de aire de compresor	51
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Descripción			ALARMA		FILTROS		BASE		CÓDIGO DE BARRAS		RUIDOS	
					SI	NO	OTRO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI		NO	SI
1068763	92.8	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51	51		
FIRMA MANTENIMIENTO																	