



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: OX-MAN-FC-008
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
 Página 1 de 2

Fecha Recepción: 12-19-23 Remolque # _____ Auxiliar Mantenimiento: JONICIA AYUDICIO No. Orden: _____

Código Equipo: DM210719295 Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE RIZGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	UNIDERO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Pila	"Flujo a 0"	NEBLAS	FLETROS				BARR
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
186566	66	75-2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO: Tiempo de la prueba _____															
2. RUIDO EXTRAÑO: SI No															
3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas Mala															
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo															
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: MANTENIMIENTO GENERAL															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre fugas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Flejo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (L1-L2-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión Jarra de Rojo	Detonante línea eléctrica	SI
5	Activación de vehículo de almacenamiento	Cierre manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	UNIDERO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Pila	"Flujo a 0"	NEBLAS	FLETROS				BARR
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
186972	72	952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
FIRMA MANTENIMIENTO															