



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: QAD444/FE-009
 Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-20-23 Revisión # _____ Asesor Mantenimiento: JONICEL AGUDELO No. Orden: _____

Código Equipo: _____ Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
VALSA	TIPO	CANTIDAD	REPORTE	SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORGANICO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			REJILLAS	FILTROS	VALVULAS	BARRA	MANGA	RUEDAS		
					(SI/NO)	Flujo	"Flujo a 0"								
121871966	936	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tempo de la prueba	Genero Alarma	No	Si	Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Buena	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Con Sobrenormalmente					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudo o suave	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO INTERNO DE AIRE	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - EE)	SI
2	Flujo Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-EE))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión sensor de flujo	Desconecta línea electrónica	SI
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORGANICO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			REJILLAS	FILTROS	VALVULAS	BARRA	MANGA	RUEDAS		
					(SI/NO)	Flujo	"Flujo a 0"								
1218837	64	936	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: _____