



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: GAD-MAN-FR-006  
 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: 12-21-23 Revisión #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: **JONIER ASUPELO** No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: **NN-763 B** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLACA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FILTRO LACTEAL DESYATE 1					

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			PILA	"Flujo a F"	SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						BASE (SI-NO)	MANUAL (SI-NO)		
201901616	958	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				General Alarma		SI	NO	SI	NO	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGA en FLUJOMETRO															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
PILA		1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + F (Cerrar Flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL-LS-EB)	
2	Flujo Manero	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-EA)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión (grapa de flujo)	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Chequea manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			PILA	"Flujo a F"	SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						BASE (SI-NO)	MANUAL (SI-NO)		
201901616	65	952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_