



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SADM/AN/PB-009
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-21-23 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: **JONIER ARUPELO** No. Orden:

Código Equipo: **NN-69813** Fecha Inicio: Hora Inicio: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLUJA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPARACIÓN	REINSTALACIÓN
FILTRO CENTRAL	DESGASTE	7				SI	No
FILTRO LACTRAL	DESGASTE	7				SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Fuga (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	REGLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)			
1446766	66	85	51	51	51	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Genera Alarma		No	SI	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 7.85%												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	T. CONTROL DE TEMPERATURA				Buena	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o bajo	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO DE Aire Interno	1		RESPIRADOR DE PRECISO	1
	Kit M-TAMIZES	1		TAMIZES	2
	Kit TAYQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga # 0 (Cierre Subvaco)	Se verifica activación de alarma (SI - LI - ER)	SI
2	Fuga Manro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LLI-ER)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	SI
4	Desconexión física de fuga	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observa escape de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Fuga (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	REGLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)			
14469	66	952	51	51	51	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: